

	ლაბორატორიული კვლევის შედეგი	კვლევის შედეგის ფორმა	FOR-REP-043-Test Results-V2.0	1/1
	Laboratory Test Results	Test results Form	ფორმის ამოქმედების თარიღი Form Application Date 17/11/2019	ბრძანება Order N 06-2020

დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი
ბაქტერიების და ვირუსების ეროვნული საცავი

გაცემის თარიღი/Report Date:	30/12/2020	განცხადების N° / Request N°	24732
დრო/Time: 13:58	განცხადების თარიღი / Date of Request		28/12/2020
	ტელ/TEL:		
	ელ. ფოსტა/ Email:		

ბიოუსაფრთხოებისა და განსაკუთრებით საშიში პათოგენების დეპარტამენტი/Department of the Biosafety and Especially Dangerous Pathogens
ბაქტერიებისა და ვირუსების ეროვნული საცავი/ National Repository of Bacteria and Viruses

ლაბორატორიული კვლევის შედეგი
Laboratory Test Results

ნიმუშის საიდენტიფიკაციო ნომერი / Sample ID:	21CO221353
---	------------

ნიმუშის აღების თარიღი/Date of sampling:		ნიმუშის მიღების თარიღი/Date of sample receiving:	28/12/2020
დრო/Time:		დრო/Time:	16:06

საკვლევი მასალის ტიპი: Sample type:	სადეზინფექციო საშუალება	სერიული ნომერი/Serial Number	არ არის მითითებული
დასახელება/Name	ზომა სპექტრი	ვარგისიანობის ვადა/Expire Date	25/12/2023
ექსპოზიციის დრო/Exposure Time	15 წთ	განზავება/Dilution	0.1%

გამოსაკვლევი ნიმუშის მდგომარეობა / Sample conditions: დამაკმაყოფილებელი/Satisfying

დამკვეთის სახელი, გვარი / Requester name:	ვ.ჭელიძე	ტელ/Tel:	
დაწესებულება / Institution:	შპს კლინტექ		
განყოფილება / Unit:		ელ. ფოსტა / E-mail:	
მისამართი / Address:	ჩიტაძის ქ., №6, ოთახი №505		
მოთხოვნილი გამოკვლევა / Requested examination:	სადეზინფექციო ხსნარების ეფექტურობის განსაზღვრა		

კვლევის შედეგი / Test Results:

--

საკვლევი მასალის დასახელება / Sample Name : ზომა სპექტრი

მიკროორგანიზმი / Microorganism	შედეგი / Result
E. hirae ATCC 10541	არ გაიზარდა/ No Growth
P.aeruginosa ATCC 27853	არ გაიზარდა/ No Growth
S. aureus ATCC 25923	არ გაიზარდა/ No Growth

შედეგების ინტერპრეტაცია /კომენტარები / Results interpretation / Comments :

--

კვლევა შეასრულა / Test Performed by: მარინა გრძელიძე გადაამოწმა / Reviewed by: ნათია ჩუბინიძე

დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი - ლუგარის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის კვლევითი ცენტრის ლაბორატორია
National Center for Disease Control - Lugar Center for Public Health Research Laboratory
თბილისი, გახეთის გზატკეცილი N99. ტელ.: 116001

ამობეჭდილია ლაბორატორიის მართვის ელექტრონული სისტემიდან / Printed from LIMS 30/12/2020 14:06